

呼吸阻抗測試機



規格:

吸氣量:85+/-1 L/Min

呼氣量:85+/-1 L/Min

壓差範圍:-1,250Pa to +1,250Pa

流量測孔:3/8"直管接頭

壓差測孔:3/8"直管接頭

輸出:USB

氣源:2-4 Kg/cm²

電源:110Volt,60Hz

宸昶企業有限公司

台北市大安區復興南路二段 157 號 11 樓

Tel: (02)27039390

Fax: (02) 27039232

e-mail: allfield@ms14.hinet.net